

SANYO DENSHI

安心と信頼をお届けする
在宅医療用酸素濃縮装置 (保険適用)

らくらくサンソー7A

高流量の7Lタイプ新登場



機械器具6 (呼吸補助器)
管理医療機器
特定保守管理医療機器
認証番号: 221AGBZX00120000

 山陽電子工業株式会社

製品の特長



弊社製品（3L機、5L機）と外観と操作が共通！製品が入れ替わっても、らくらく操作。



高流量だから、いざという時に安心！



患者様に装置の異常を音声でお知らせ！



5Lタイプと同じ大きさでコンパクト！

製品の仕様

| 製品名 | らくらくサンソー7A (7Lタイプ) | らくらくサンソー5B (5Lタイプ) |
|---------------|---|--------------------------------|
| 医療機器認証番号 | 221AGBZX00120000 | 220AGBZX00247000 |
| 酸素流量設定値 | [1.5][2][2.5][3][3.5][4][5][6][7] | [1][2][2.5][3][3.5][4][4.5][5] |
| 酸素濃度 | 1.5～7[L/分] 87%以上 | 1～5[L/分] 87%以上 |
| 電源入力 | AC100V(50/60Hz) 550VA以下 | AC100V(50/60Hz) 350VA以下 |
| 運転音 | 40 dB(A)以下 低騒音室 | 38 dB(A)以下 低騒音室 |
| 警報・安全装置 | ■酸素流量異常 ■酸素濃度異常 ■加湿器装着不良 ■コンプレッサ異常 ■電源断(停電) ■吸着筒切替圧力異常(タイムオーバー、タイムショート) 【音声合成・異常ランプ・ブザー音】 | |
| 重量 | 39±3 kg | 37±3 kg |
| 外観寸法 (キャスター含) | 370(幅)×370(奥行)×650(高さ) mm | |
| 電撃に対する保護 | クラスⅡ B形機器 | |

【その他ラインナップ】

- ◆製品名「Dr. 酸素」
- ・ 2Lタイプ
- ・ 300(W)*270(D)*620(H)
- ・ 15kg
- ・ [0.25][0.5][0.75][1][1.25][1.5][1.75][2]
- ・ 150VA以下



- ◆製品名「らくらくサンソー3B」
- ・ 3Lタイプ
- ・ 370(W)*330(D)*650(H)
- ・ 33kg
- ・ [0.25][0.5][0.75][1][1.5][2][2.5][3]
- ・ 250VA以下



■販売業者



■製造販売業者



◆本社・第2工場
〒703-8228 岡山市中区乙多見495-3
電話: 086-278-4800 FAX: 086-278-4801
URL: <http://www.sdk-kk.co.jp/>

※2009年12月(初版)